Conclusiones

La prueba rápida ***Standard Q COVID-19 Ag*** es facil de utilizar y no requiere de equipo automatizado. Con base a los resultados obtenidos consideramos que la prueba rápida ***Standard Q COVID-19 Ag*** muestra un nivel de concordancia **muy bueno** respecto al estándar de oro RT-PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Por lo cual, recomendamos ampliamente el uso de la prueba rápida como alternativa diagnóstica de SARS-CoV-2.

Sin otro particular por el momento, extiendo la presente para los efectos que al interesado convengan.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

"Año de la transcición energética de la Universidad de Guadalajara"

Guadalajara, Jalisco a 9 de noviembre de 2020

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA

CUCS
Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes

Dra. En C. Alejandra Natali Vega Magaña

Responsable Sanitaria, cédula profesional: 7780224